EXHIBIT 1

RESUMEN DE CURVAS DE CALIBRACION LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES AEE AÑOS 2009-2015

FECHA	EQUIPO		CAL#	CANTIDAD DE STD's	CONCENTRACIONES wt% AZUFRE
	MODELO	S/N			
29 de diciembre de 2009	SLFA-1800	311006	5	5	0.11, 0.50, 1.04, 1.98, 3.94
4 de junio de 2010	SLFA-1800	311009	1	3	0.11, 0.50, 1.04
13 de octubre de 2010	SLFA-2800	F2D4UUBV	5	3	0.11, 0.50, 1.04
13 de octubre de 2010	SLFA-2800	YMDJVN00	5	3	0.11, 0.50, 1.04
2 de mayo de 2011	SLFA-2800	F2D4UUBV	5	3	0.11, 0.50, 1.04
2 de mayo de 2011	SLFA-2800	YMDJVN00	5	3	0.11, 0.50, 1.04
29 de noviembre de 2011	SLFA-2800	F2D4UUBV	5	3	0.11, 0.50, 1.04
29 de noviembre de 2011	SLFA-2800	YMDJVN00	5	3	0.11, 0.50, 1.04
4 de junio de 2012	SLFA-2800	YMDJVN00	5	3	0.11, 0.50, 1.04
4 de junio de 2012	SLFA-2800	F2D4UUBV	5	3	0.11, 0.50, 1.04
25 de abril de 2013	SLFA-2800	F2D4UUBV	4	5	0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 1.00
3 de mayo de 2013	SLFA-2800	YMDJVN00	4	5	0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 1.00
30 de octubre de 2013	SLFA-2800	YMDJVN00	1	3	0.10, 0.50, 1.00
31 de octubre de 2013	SLFA-2800	YMDJVN00	5	3	0.10, 0.50, 1.00 *
31 de octubre de 2013	SLFA-2800	F2D4UUBV	1	3	0.10, 0.50, 1.00 *
16 de abril de 2014	SLFA-2800	F2D4UUBV	1	3	0.10, 0.50, 1.00
6 de noviembre de 2014	SLFA-2800	YMDJVN00	5	3	0.10, 0.50, 1.00
14 de noviembre de 2014	SLFA-2800	F2D4UUBV	5	3	0.10, 0.50, 1.00
5 de junio de 2015	SLFA-2800	F2D4UUBV	5	5	0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 1.00 **
18 de junio de 2015	SLFA-2800	YMDJVN00	5	5	0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 1.00 **

Notas:

- Todas las calibraciones fueron realizadas por Bioanalytical con excepción de las dos del 31 de octubre de 2013.
- Cada estándar lo leen tres veces y el equipo calcula el promedio.

* Curvas de calibración realizadas por Lcda. Vilmarie Medina del laboratorio de Combustibles AEE.

** En éstas calibraciones analizan cada estándar haciendo cinco (5) lecturas de cada uno y el equipo calcula el promedio. Esto no lo habían hecho antes. Para ver data en detalle, referirse al expediente de curvas de calibración del LCCC AEE.

Exhibit 1

EXHIBIT 2